


T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

19.11.2020

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 1 Kalem bakım onarım kapsamında Diş röntgeni amartisörü yedek parça hizmet alımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 23.11.2020 tarihi saat 12:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.


Utman YAŞARER
Müdür Yardımcısı

TEL : 0414 318 79 00

MEAIL : dogrudanteminharrandh@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR ADET		TEKLİF Edilen Birim	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	1 Kalem Bakım Onarım Kapsamında Diş Röntgeni Piston Amartisörü Alımı	1	ADET		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					


Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1: Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2- Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4- Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5--Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6- Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7- Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8- Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9- Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10- Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile)..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

AMORTİSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gazlı ve paslanmaz olacaktır.
- Gövde çapı 22-10 ebatlarında olacaktır.
- Boy 711 açık olacaktır.
- 45 kg kaldırma kapasitesinde olacaktır.
- Teklif verecek firmalar sadece parça için fiyat verecektir.
- Montaj kısmını hastanemizin medikal cihazlar bakım onarım yüklenicisi firması yapacaktır.

DOSU ATMANOĞLU
Biyomedikal Sorumlusu
D.



Ali ALTUNBOĞA
Telere/Sous Sorumlusu
im

