

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

22.03.2022

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, Newmed Srl Lenin, 79/A 4202 Marka-Model Masa Tipi Otoklav Yedek Parça Hizmet Alımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 24.03.2022 tarihi saat 12:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.

Dr.Salih TAVUR
Başhekim

TEL : 0414 318 79 00

MEİL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR ADET		Teklif Edilen Birim Fiyat	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	Newmed Srl Lenin, 79/A 4202 Marka-Model Masa Tipi Otoklav Yedek Parça Hizmet Alımı	1	Adet		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1:Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5--Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10-Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile).....
..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

NEWMED SRL VIA LENİN, 79/A 4202 MARKA -MODEL MASA TİPİ OTOKLAV

YEDEK PARÇA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPAK CONTASI:

- Mevcut marka modelli cihaza bire bir uyumlu olacaktır.
- Yüklenici firma vereceği ürün için en az 6 ay garanti verecektir.
- Silikon özelliğe sahip olmalıdır.
- Yüksek ısıya ve basınca sahip olmalıdır.
- Kullanım alanı buharlı otoklav cihazı olmalıdır.
- Sızdırmazlık özelliğe sahip olmalıdır.

BAKTERİ FİLTRESİ:

- Filtre teknik özellikleri yapılmış laboratuvar sonuçları ile belgelenmelidir
- Mevcut marka modelli cihaza bire bir uyumlu olacaktır.
- Yüklenici firma vereceği ürün için en az 6 ay garanti verecektir.
- Filtre teknik özellikleri yapılmış laboratuvar sonuçları ile belgelenmelidir
- Filtrenin Bakteri filtrasyon özelliği en az %99,9999 olmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.

TAHLİYE HORTUMU:

- Mevcut marka modelli cihaza bire bir uyumlu olacaktır.
- Yüklenici firma vereceği ürün için en az 6 ay garanti verecektir.
- En az 60 cm uzunluğunda olacaktır.

Not:

- Teklif verecek firmalar sadece parça üzerinden fiyat vereceklerdir. Montaj ve demontaj bakım onarım yüklenici firmamız tarafından yapılacaktır.
- Uyumsuz olan parçalar firmaya iade edilecektir.

Utku YASAREK
Harran Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Doğu ATMANOĞLU
Harran Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Ali ALTUNBOĞA
Harran Devlet Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu