

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

20.09.2019

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 6 Kalem Tıbbi Cerrahi Mazleme Alımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 23.09.2019 tarihi saat 15:00 e kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.


Utman YAŞARER
Müdür Yardımcısı

TEL : 0414 318 79 00

FAX :

MEAIL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR	ADET	Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	EPİZYOTOMİ MAKASI (22 CM)	5	ADET		
2	CERRAHİ KLEMP DÜZ (28 CM)	10	ADET		
3	PERTEGÜ (26 CM)	5	ADET		
4	PERTEGÜ (14,5 CM)	20	ADET		
5	CERRAHİ MAKAS BİR UCU KÜNT (14,5 CM)	15	ADET		
6	CERRAHİ MAKAS BİR UCU KÜNT (20 CM)	10	ADET		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1:Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5--Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10-Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile).....
..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

CERRAHİ ALETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aletler her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmamalı ve korozyon testinde dayanıklı olmalıdır.
3. Cerrahi aletlerin kullanım süresi içerisinde gazlı kuru veya buharlı sterilizasyon uygunluğu garanti edilmelidir.
4. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numarası, markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
5. Aletler yeni ve ambalajında olmalıdır.
6. Aletleri eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır.
7. Aletlerin ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
8. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle kırılmamalıdır.
9. 5 adet 22 cm ölçüsünde epizyo makası.
10. 10 adet 28 cm ölçüsünde klemp.
11. 5 adet 26 cm ölçüsünde portegü.
12. 20 adet 14.5 ölçüsünde portegü.
13. 20 adet bir ucu sivri bir ucu künt olan 14.5 cm ölçüsünde makas.
14. 10 adet bir ucu sivri bir ucu künt olan 20 cm ölçüsünde makas.


Devran DOĞAN
Harran Devlet Hastanesi
Eczacı


Furkan GÖNÜLTAS
Anestezi Teknikeri