


T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

19.01.2021

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 1 Kalem Hemodiyaliz Ünitesi Ro Sistemi Yıllık Bakım Onarım hizmet alımı(yedek parça dahil sarf malzeme hariç) yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 21.01.2021 tarihi saat 13:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.


Utman YAŞARER
Müdür Yardımcısı

TEL : 0414 318 79 00

MEAIL : dogrudanteminharrandh@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MİKTAR ADET		Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	Hemodiyaliz Ünitesi Ro Sistemi 24 Aylık Bakım Onarımı(Yedek Parça Dahil Sarf Malzeme Hariç)	24	Aylık		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1:Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5--Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10-Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile).....
..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

HEMODİYALİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu teknik şartname, T.C. Sağlık Bakanlığı ŞANLIUFRA İli İl Sağlık Müdürlüğü HARRAN DEVLET HASTANESİ demirbaşına kayıtlı bulunan ve ekte listelenen cihazlar için periyodik bakım ve onarım işlerini konu alır.

TEKNİK VE GENEL İSTEK VE KURALLAR

-Yedek parça dahil sarfa malzeme hariç olacaktır.

1- Servis hizmeti sonunda cihazların fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında cihazda/demirbaşta oluşacak herhangi bir yeni arızadan yüklenici sorumludur. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır. Oluşan bu arızadan dolayı cihaz/demirbaş kullanılamaz hale gelirse yüklenici yeni ve en az aynı özellikte bir cihazı/demirbaşların hastaneye ücretsiz sağlayacaktır.

2- Yapılan bakım ve/veya onarım işlemi sonucunda cihazların tüm fonksiyonlarını yerine getirir, çalışır durumda ilgili birim sorumlusu veya idareye teslim edilecektir.

3- Cihazda kullanılan yazılımların olması durumunda, yazılımlarda meydana gelen hataların düzeltilmesi için öncelikle asıl yazılım yüklenecek, bunun mümkün olmaması durumunda idarenin onayı ile üst sürüm yazılım yüklenecektir. Yükleme sonunda sistemde eksik fonksiyon kalmayacaktır. Lisanslama işlemlerinin sorumluluğu yükleniciye aittir.

4- Bakım, onarım, test, kontrol ve ayar işlemleri cihazın teknik dokümanlarına ve üretici ayarlarına uygun olarak yapılacaktır.

5- Cihazda hasta, sistem ve kullanıcı güvenliği ile ilgili koruma ve uyarı devreleri devre dışı bırakılmayacaktır. Bu kuralın göz önünde bulundurulmaması sonucu ortaya çıkabilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

6- Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenicinin bu tedbirleri almamasından dolayı oluşacak her türlü zarar yükleniciye ait olup idare hiçbir sorumluluk taşımaz.

7- Bakım ve/veya onarım işlemleri sırasında meydana gelebilecek zarar, kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bakım sözleşmesi süresince meydana gelebilecek arızalar için yedek parça dahil herhangi bir servis ücreti talep edilmez. Bakım sırasında yükleniciden kaynaklanan yedek parça arızaları yüklenici tarafından karşılanır.

8- Bakım ve onarım sonrasında fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde bakım ve onarım işlemi bitmemiş sayılacaktır.

9- Yüklenici her bir cihaz için üzerinde cihazın adı, marka model, seri no ve kullanıldığı birimin bilgilerinin yazılı olduğu cihaz bilgi kartı açacak ve bu karta cihaza yapılan periyodik bakımlar ve sayır müdahaleler, tarih, saat ve kısa açıklama ile not edilecektir. Düzenlenen bu Servis formun; Bir nüshası cihaz/demirbaş bakım ve onarım biriminde; Bir nüshası fatura ile birlikte satınalma biriminde; Bir nüshası yüklenicide kalacaktır.

10-Periyodik bakım esnasında kullanılacak olan Servis Formu en az 3 nüsha olmalıdır. Bu Servis Formunda Hastane Adı, Seri ve Sıra Numarası, Bakım yapılacak olan cihaz bilgilerin yazılacağı bölüm, Tarih, Servis Nedeni ve açıklama yapılabilecek bir alan, arıza ihbar ve servis saati, tarihi bilgileri. Cihaz üreticisi tarafından belirtilen ve ölçülmesi gereken parametreler ve değerler bulunmalıdır. Servis Formu üzerinde Su arıtma sistemi periyodik bakımında yapılması gereken işlemler ve yapıldıktan sonra karşı tarafında işaret konulabilecek çek listler bulunmalıdır.

11-Önceden planlanan koruyucu ve periyodik bakım haricinde cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde kurum yetkilisi yükleniciyi faks veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmeye istinaden yüklenici en geç 24 (Yirmi Dört) saat içinde arızaya yerinde müdahale edecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurum kayıtları esas alınır. Yüklenici bu konuyu taahhüt etmeli ve gecikmeden kaynaklanan sorumlulukları almalı ve kurum zararı oluşması durumunda tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmeli.

12-Arıza bildirimleri: mesai günlerinde olduğu gibi Resmi tatil (Bayram ile Cumartesi ve Pazar) günlerinde de mesai saati ayırımı yapılmaksızın yapılabilecektir. Bu amaç ile yüklenici 24 saat

ulaşılabilir bir teknik servis telefon numarası sözleşmenin imzalanması aşamasında hastane idaresine personel iletişim bilgileri belgesi olarak bildirecektir.

13-Firma, bakım onarım ziyaretlerini normal çalışma saatlerinde ve günlerinde yapmakla yükümlü olduğu halde arızalara karşı yapılacak müdahalelerde mesai ve mesai dışı ayırımı yapılmaksızın en geç 24 (Yirmi Dört) saat içinde arızaya müdahale edilecek ve arıza hakkında hastane idaresine ve ilgililere bilgi verilecektir. Yedek parça temini gereken durumlarda yedek parçanın temin edildiğinin yükleniciye bildirilmesi halinde bu bildirim takip eden 72 (Yetmiş İki) saat içinde cihaz çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

14-Resmi tatil, Cumartesi ve Pazar günleri dışında doğabilecek acil arıza onarımları için ayrıca servis saat ücreti talep edilemez.

15-Servis ve periyodik bakımın amacı küçük çaptaki sorunları daha ciddi boyutlara ulaşmadan teşhis etmek ve ortadan kaldırmaktır. Periyodik ve koruyucu 1 (Bir) ayda bir yapılacaktır. Bakımlar hastane idaresi ile mutabık kalınarak belirlenecek olan tarih, gün ve saatlerde yapılacaktır.

16-Ekte yer alan bakım ve onarımı yapılacak cihazların doğru çalıştığını gösterecek şekilde uygun test ve ölçüm cihazları ile performans ölçümleri yapılarak, raporlanacaktır.

17-Hastane İdaresi tarafından yapılması gerekli aylık rutin bakımlardan yüklenici sorumlu olmayıp, firma elemanları genel bakım ziyaretleri sırasında bu bakımları yapmayacaklardır. Ancak; gereken bu bakımlar her bir cihaz/demirbaş için ayrı ayrı idareye bildirilecektir.

18-Sistemin fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği, periyodik bakımlar sırasında sağlanacaktır.

19-Cihazın/demirbaşın, performanslı bir şekilde çalışabilmesi ve güvenilir şekilde ölçüm yapılabilmesi için periyodik bakımlar sırasında yapılacak işlemler şunlardır:

1-Bu kontrolleri takiben sistemin test edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde sistemdeki programsal parametrelerin, elektronik parametrelerin, mekanik parçaların ve elektriksel değerlerin ayarlarının yapılması,

2-Süreli (Ömürlü) aşınmış parçaların süreleri zarfında idare onayı alınarak yenilenmesi,

3-Cihazın/demirbaşın görsel, işitsel ve teknik incelemesi uygun test donanımları ile yapılarak doğru bir şekilde çalışır olduğu kontrol edilecektir.

4-Cihazın/demirbaşın gerekli görülen bölümlerinin temizliği yapılacaktır.

5-Cihazın/demirbaşın gerekli görülen bölümlerinin yağlanması ve kaçaklarının giderilmesi yapılacaktır.

6-Cihazın/demirbaşın çalışması için gerekli yerleşimi yapılacaktır.

7- Su arıtma sistemi performans takip çizelgesinde belirtilen hususların kontrol edilmesi ve ölçüm yapılması gerekmektedir.

20-İki periyodik bakım arasında bakımı yapılan cihazların/demirbaşların tekrar arızalanması durumunda ilgili firma gereken bakımı tekrarlayacak ve bu bakımla ilgili ek ücret talep etmeyecektir. Ancak sarf malzeme değiştirilmesi gereken durumlarda servis formu düzenlenecek, değişmesi gereken parçalar servis sorumlularına bildirilerek gerekli satın alma işlemleri idare tarafından yapılacaktır.

21-Bu hizmet kapsamında yapılması öngörülen hizmetler, üretici firmanın kalifiye, sertifikalı personeli veya tayin edilmiş yetkili servisi ve yetkili servisin sertifikalı ve eğitilmiş personeli tarafından yapılmalıdır.

22-Yüklenici firma ÜTS sisteminde Tıbbi Cihaz Servis istasyonu olarak tanımlıdır.

23-Yüklenici firmanın teknik servis personeli ÜTS sisteminde tanımlı olmalıdır.

24-Kurumumuza teklif verecek firmalar Tıbbi Cihaz Teknik servis hizmetini sorunsuz sunabilmek için Teknik Servis Hizmeti verebilecek sertifikalı yada diplomalı personeli bulunmalıdır.

25-Yüklenici firmanın Hemodiyaliz saf su arıtma sistemi bakım onarım konusunda TSE TS-12426 ve TS-12843 Belgesi olmalıdır.

EK 1: Periyodik Bakımı Yapılacak Cihazlar/Demirbaşlar Listesi

PERİYODİK BAKIM YAPILACAK CİHAZLAR/DEMİRBAŞLAR KALİBRASYON LİSTESİ

	HİZMETİN ADI	MARKA MODEL	PER. BAKIM YILLIK	HARRAN HASTANESİ
			MİKTAR	ADET
1	Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemi Aqualine	Aqualine MARKA Alfa 140 Model	12 AY	1


Osman YAŞARER
Harran Devlet Hastanesi
Müdür Yardımcısı

İbrahim REHBER
