

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

30.03.2022

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 2 kalem Fistül İğnesi alımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 04.04.2022 tarihi saat 16:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.

Dr.Salih TAYUR
Başhekim

TEL : 0414 318 79 00

MEİL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR	BİRİM	Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	Fistül İğnesi, Arter	800	Adet		
2	Fistül İğnesi, Ven	800	Adet		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)


- 1-Teklifler birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5-Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10-Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile).....
bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif mektubunuzu onaylayarak teknik şartnamenizi de kabul etmiş olduğumu beyan ederim.

HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G-17G (TAKIM FİYATI VERİLECEK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-ARTER FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İğne, arteriovenöz fistülde arter girişine uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Fistül iğneleri 1-1,25 inç ve 16,17 G olmalıdır. İhtiyaç listesinde belirtilen miktarlarda teklif verilecek ve teslimat yapılacaktır.
- 3- İğneler kaygan ve ucu kolayca ciltten damara batırılabilmelidir.
- 4- İğne girişi sırasında hastanın acı ve ağrı duymayacağı şekilde özel kesim, keskin uçlu ve kaygan olmalıdır.
- 5- İğne boyutları 2-3 cm, esnek kan tüpü ile toplam set boyu 30-35 cm olmalıdır.
- 6- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış ve yeterince esnek olmalıdır.
- 7- İğne setler üzerinde yumuşak klemp ve kapak bulunmalıdır.
- 8- Arter iğneleri iki adet delikli (uç ve alt) olmalı, sette iğne bitimi pozisyon kelebeği bulunmalıdır.
- 9- İğne uçları uygun plastik muhafaza ile korunmalıdır.
- 10- Tüm üniversal A-V setleri ile uyumlu olmalıdır.
- 11- İğne uçları keskin ve oval olmalıdır.
- 12- Arter iğnesi kırmızı renkli olmalıdır.
- 13- Fistül iğnelerinin klempeleri gevşememeli ve buna bağlı kan sızdırmamalıdır.
- 14- Fistül iğnelerinin kullanımı esnasında arızalı, bozuk veya tıkalı olması durumunda firma tarafından hiçbir şarta bağlı kalmaksızın sağlam olanı ile değiştirilecektir.
- 15- Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi fistül iğnesi üzerinde belirtilmeli ve bu tarihler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) olmamalı, buhar veya gama sterilizasyon olmalıdır.
- 16- 5 adet numune teslim edilecektir.


İbrahim REHBER
Diyaliz Teknikeri



Reşat ÇANAR SÖNÜLTAR


Zülfü CİVAN
Harran Devlet Hastanesi
Eczacı


2-VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 1-İğne arteriovenöz fistülde ven girişine uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Fistül iğneleri 1-1,25 inç ve 16,17 G olmalıdır. İhtiyaç listesinde belirtilen miktarlarda teklif verilecek ve teslimat yapılacaktır.
- 3- İğneler kaygan ve ucu kolayca ciltten damara batırılabilmelidir.
- 4- İğne girişi sırasında hastanın acı ve ağrı duymayacağı şekilde özel kesim, keskin uçlu ve kaygan olmalıdır.
- 5- İğne boyutları 2-3 cm, esnek kan tüpü ile toplam set boyu 30-35 cm olmalıdır.
- 6- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış ve yeterince esnek olmalıdır.
- 7- İğne setler üzerinde yumuşak klemp ve kapak bulunmalıdır.
- 8- Ven iğnesinde tek delik (uç) olmalı, sette iğne bitimi pozisyon kelebeği bulunmalıdır.
- 9- İğne uçları uygun plastik muhafaza ile korunmalıdır.
- 10- Tüm üniversal A-V setleri ile uyumlu olmalıdır.
- 11- İğne uçları keskin ve oval olmalıdır.
- 12- Ven iğnesi mavi renkli olmalıdır.
- 13- Fistül iğnelerinin klempeleri gevşememeli ve buna bağlı kan sızdırmamalıdır.
- 14- Fistül iğnelerinin kullanımı esnasında arızalı, bozuk veya tıkalı olması durumunda firma tarafından hiçbir şarta bağlı kalmaksızın sağlam olanı ile değiştirilecektir.
- 15- Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi fistül iğnesi üzerinde belirtilmeli ve bu tarihler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Sterilizasyon türü alerjik reaksiyonlara yol açabilen etilen oksit (ETO) olmamalı, buhar veya gama sterilizasyon olmalıdır.
- 16- 5 adet numune teslim edilecektir.

İbrahim REHBER
Diyalle Teknikeri


Raşan ÇAKIR GENİLTAS


Zuira CİVAN
Harran Devlet Hastanesi
Eczacı
