

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklife Davet

03.10.2019

PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 1 Kalem ACTEON marka PSPIX model Plak Tarama Cihazı Bakım Onarım Hizmet Alımı (yedek parça dahil) yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 07.10.2019 tarihi saat 10:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.


Utman YASARER
Müdür Yardımcısı

TEL : 0414 318 79 00

MEİL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR ADET		Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	1 Kalem ACTEON marka PSPIX model Plak Tarama Cihazı Bakım Onarım Hizmet Alımı	1	ADET		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1: Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2: Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4- Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5--Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6- Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7- Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8- Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9- Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10- Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile)..... TL.(Yazı ile)..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

CİHAZ ARIZASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: ACTEON marka, PSPIX model plak tarama cihaz arızasını kapsar.

1-Cihazın okuyucu optik sensorları arızalıdır ve bu sensorların değişmesi gerekmektedir.

2-Değişecek malzemeler orijinal olacaktır.

3-Sensör hassasiyeti ± 20 um olmalıdır.

4-Sensörün nokta aralığı (minimum) 25 μ m olmalıdır.

5-Kullanıcı tarafından çizgi genişliği 24/60/124mm seçilebilmelidir.

6-Gerçek zamanlı otomatik lazer güç kontrolü olmalı.

7-Yapılan iş en az bir yıl garantili olacaktır.

8-Yapılan iş çalışır vaziyette servis sorumlusuna teslim edildikten sonra kabul görecektir.

9-Teklif verecek firmanın TSE/HYB belgesi ve UTS kaydı olmalıdır.

İsmail FİDAN
Röntgen Birim Sorumlusu


